

ЛИЦЕВОЙ ПРОТЕКТОР

для фиксации положения
головы в прональной позиции

ПО ТУ 32.50.13-001-05035078-2020

ЛИЦЕВОЙ ПРОТЕКТОР

Изделие предназначено для фиксации положения головы при проведении процедур и операций в прональном положении и предотвращения образования пролежней мягких тканей лица.

Предназначено для применения в поликлиниках, центрах реабилитации и других медицинских учреждениях.

Используется для больных на ИВЛ и в плановых форматах – нейрохирургия, пульмонология (необходимость подтверждена в пользовательских интервью с представителями медучреждений).

Принцип действия изделия: изделие позволяет сохранять оптимальное положение головы пациента во время проведения процедур и операций в прональном положении за счет геометрии, а малая твердость изделия предотвращает образование пролежней на лице.

ЛП-1 может использоваться в комплекте с дополнительными опорами под грудную клетку, область таза и голени. Информация по данным изделиям предоставляется по запросу.


РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ ОТ 13 АВГУСТА
2020 ГОДА № РЗН 2020/11740

**ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЕТ РИСК
ПОЗИЦИОННОЙ КОМПРЕССИИ
И ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ**



**ИЗДЕЛИЯ БЫЛИ АПРОБИРОВАНЫ
И ПОЛУЧИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ
В РЯДЕ ПРОФИЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ:**

1. ГБУЗ «ГКБ 52 ДЗМ»
2. ГБУЗ «ГКБ им. С.И.Спасокукоцкого ДЗМ»
3. ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России



ЛИЦЕВОЙ ПРОТЕКТОР

для фиксации положения головы
в прональной позиции ЛП-1
по ТУ 32.50.13-001-05035078-2020



МАТЕРИАЛ

медицинский силикон

РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ

275x230x116/105мм

МАССА ИЗДЕЛИЯ

2,8кг

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

изделие устойчиво к дезинфекции по МУ 287-113 моющими средствами, средствами дезинфекции на основе этилового спирта, хлоргексидина, формальдегида и УФ-облучению

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня продажи

СРОК ХРАНЕНИЯ

3 года со дня изготовления

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПЫТАНИЯХ И РЕГИСТРАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

1. Класс в зависимости от потенциального риска применения — 1 по ГОСТ 31508, приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н.
2. Климатическое исполнение — УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.
3. По характеру воспринимаемых механических воздействий изделие относится к группе 1 по ГОСТ Р 50444.
4. Класс в зависимости от возможных последствий отказа в процессе использования — В по ГОСТ Р 50444.
5. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 13 августа 2020 года № РЗН 2020/11740

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ ПРОИЗВОДИТ:

ООО «ИКМ»
153032, Ивановская область,
г. Иваново, ул. Станкостроителей,
дом 12А, офис 1
www.ivkm.ru
mail: order@ivkm.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ-РАЗРАБОТЧИК:

ООО «КБ Арhipов»
123557, Москва, Пресненский вал,
д. 27, стр. 8
www.kb-arhipov.com
mail: info@kb-arhipov.com

ПОСТАВЩИК:

ООО «Фабрика проектов»
153037, Ивановская область,
г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32Д, пом. 27
www.rusinvests.com
mail: order@rusinvests.com
тел: +7 (800) 350 89 43